



HiQ® Certificate.

Konformitätserklärung nach ISO / IEC 17050-1:2004
Certificate of Conformity according to ISO / IEC 17050-1:2004

Nr.: DE-Konf-0109

Name des Ausstellers: Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
Name of Issuer:

Anschrift des Ausstellers: Seitnerstraße 70, D-82049 Pullach
Address of Issuer:

Gegenstand der Erklärung: Argon 4.8 für Spektrometrie
Product of declaration: Argon 4.8 for Spectrometry

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:
The above described product conforms to the requirements of the following documents :

Dokument Nr.: Document No.:	Titel: Title:	Ausgabe / Ausgabedatum: Date of issue:
CF-Prüfpläne	Produktdatenblatt Argon 4.8 für Spektrometrie	21.04.2008

[www.linde-gase.de / produkte](http://www.linde-gase.de/produkte)

Zusätzliche Angaben:
Additional Specifications:

Argon	≥ 99,998 %	Argon	≥ 99.998 %
H ₂ O	≤ 5 ppm	H ₂ O	≤ 5 ppm
O ₂	≤ 3 ppm	O ₂	≤ 3 ppm
N ₂	≤ 10 ppm	N ₂	≤ 10 ppm
KW	≤ 0,5 ppm	HC	≤ 0.5 ppm

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen.
Specifications are always based on ideal gas volumes (mole / mole).

Unterschleißheim, 08.06.2011

Ort, Ausstellungsdatum

Location, Date

Dieses Dokument ist auch ohne Unterschrift gültig.

This document is valid without signature.

