



HiQ® Certificate.

Konformitätserklärung nach ISO/IEC 17050-1:2004
Certificate of Conformity according to ISO/IEC 17050-1:2004

Nr.: DE-Konf-0008

Name des Ausstellers: Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
Name of Issuer:

Anschrift des Ausstellers: Seitnerstraße 70, D-82049 Pullach
Address of Issuer:

Gegenstand der Erklärung: Argon 7.0
Product of declaration: Argon 7.0

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:
The above described product conforms to the requirements of the following documents :

Dokument Nr.: Document No.:	Titel: Title:	Ausgabe/Ausgabedatum: Date of issue:
CS-Prüfpläne DE-AA-0611	Produktdatenblatt Argon 7.0	21.04.2008

www.linde-gase.de/produkte

Zusätzliche Angaben:
Additional Specifications:

Argon	≥ 99,99999 %	Argon	≥ 99,99999 %
H ₂ O	≤ 50 ppb	H ₂ O	≤ 50 ppb
O ₂	≤ 30 ppb	O ₂	≤ 30 ppb
H ₂	≤ 30 ppb	H ₂	≤ 30 ppb
CO	≤ 30 ppb	CO	≤ 30 ppb
CO ₂	≤ 30 ppb	CO ₂	≤ 30 ppb
KW	≤ 30 ppb	HC	≤ 30 ppb
hal. KW*	≤ 1 ppb	hal. HC*	≤ 1 ppb

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen.
Specifications are always based on ideal gas volumes (mole/mole).

* in SF₆-Äquivalenten

* in SF₆-equivalents

Unterschleißheim, 12.10.2010

Ort, Ausstellungsdatum

Location, Date

Dieses Dokument ist auch ohne Unterschrift gültig.
This document is valid without signature.

