



HiQ® Certificate.

Konformitätserklärung nach ISO/IEC 17050-1:2004
Certificate of Conformity according to ISO/IEC 17050-1:2004

Nr.: DE-Konf-0061

Name des Ausstellers: Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
Name of Issuer:

Anschrift des Ausstellers: Seitnerstraße 70, D-82049 Pullach
Address of Issuer:

Gegenstand der Erklärung: Sauerstoff 5.0
Product of declaration: Oxygen 5.0

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:
The above described product conforms to the requirements of the following documents :

Dokument Nr.: Document No.:	Titel: Title:	Ausgabe/Ausgabedatum: Date of issue:
CS-Prüfpläne DE-AA-0611	Produktdatenblatt Sauerstoff 5.0	21.04.2008

www.linde-gase.de/produkte

Zusätzliche Angaben:
Additional Specifications:

Sauerstoff	≥ 99,999 %	Oxygen	≥ 99.999 %
H ₂ O	≤ 3 ppm	H ₂ O	≤ 3 ppm
Ar	≤ 2 ppm	Ar	≤ 2 ppm
N ₂	≤ 5 ppm	N ₂	≤ 5 ppm
CO ₂	≤ 0,2 ppm	CO ₂	≤ 0.2 ppm
KW	≤ 0,2 ppm	HC	≤ 0.2 ppm

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen.
Specifications are always based on ideal gas volumes (mole/mole).

Unterschleißheim, 08.11.2010

Ort, Ausstellungsdatum

Location, Date

Dieses Dokument ist auch ohne Unterschrift gültig.

This document is valid without signature.

